

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa podstawowych artykułów medycznych dla „Centrum Zdrowia w Opolu” Sp. z o.o.”

Odpowiedź na zgłoszone pytanie

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w poz. 1 dopuści zaoferowanie testu pakowanego pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk? Prosimy o możliwość przeliczenia ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w poz. 1 wymaga testu do wykrywania wirusów w wymazach z nosa i nosogardzieli?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga testu do wykrywania wirusów w wymazach z nosa i nosogardzieli.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w poz. 1 wymaga, aby testy posiadały osobne studzienki testowe i membrany dla każdego z 3 rodzajów wykrywanych czynników etiologicznych (SARS-coV-2, grypy A/B i RSV). Takie rozwiązanie zmniejsza możliwość popełnienia błędu przy odczycie i interpretacji wyniku testu.

Odpowiedź: Tak, wymagamy kasety z 3 osobnymi studzienkami testowymi i membranami dla każdego z 3 rodzajów czynników etiologicznych (SARS COV 2/ RSV/ GA/GB)

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Iwona Dawid

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Brygida Markhart-Golyga