



ZP/03/2025

Opole, dnia 11.06.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla „Centrum Zdrowia w Opolu” Sp. z o.o.” w ramach projektu FENIKS**”

Odpowiedź na zgłoszone pytania

CZĘŚĆ 6 Aparat EKG mobilny (2 szt.)

1/Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wymiarach :260x220x52mm? Różnica w wymiarach jest niewielka i nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2/ W standardach europejskich przyjęte są prędkości przesuwu papieru 5,10,25,50 mm/s.

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z prędkością przesuwu papieru :5/10/25/50 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3/W części 6 OPZ jest aparat EKG mobilny ,czy w związku z tym Zamawiający wymaga wózka pod aparat? Wózek pod aparat EKG jest osobnym elementem podlegającym wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu EKG mobilnego bez wózka.

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Iwona Dawid

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Brygida Manhart-Gołyga