


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa podstawowych artykułów medycznych dla „Centrum Zdrowia w Opolu” Sp. z o.o.”


Odpowiedź na zgłoszone pytanie

Zadanie nr 4: Podstawowe artykuły medyczne – laboratorium.

Poz. 19: W związku z przeprowadzonymi licznymi rozmowami z jedynym producentem na świecie kamer typu Pentasquare do badania osadu moczu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kamer typu Veriplast. Producent poinformował iż uległa uszkodzeniu prasa do produkcji kamer Pentasquare i na ten moment nie jest możliwe oszacowanie czasu naprawy usterki ww. prasy. Kamery typu Vetriplast są naszym zdaniem produktem równoważnym i na życzenie Zamawiającego możemy udostępnić kartę techniczną produktu wraz z instrukcją użytku kamer.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Brygida Marchant-Gotyga

Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Iwona Dawid